



Zduńska Wola dnia: 2023-01-13

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

ul. Królewska 29

98-220 Zduńska Wola

Tel. 43 824 4147

email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Dostawa sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.2.2023**.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Czy jest możliwość wydłużenia czas realizacji do 4 tygodni? Takie są terminy producenta.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. Leżanka – 8szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną o wysokości leża: 55cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. Leżanka – 8szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną o wysokości leża: 75cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. Leżanka – 8szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną, której zagłówek regulowany jest w zakresie: od -60° do +45°?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

5. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 1. Leżanka – 8szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną o wadze: 34kg?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
6. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 3. Leżanka – 1szt. Pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną o wysokości leża: 55cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 3. Leżanka – 1szt. Pkt. 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną o wysokości leża: 75cm?
Odp.: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.
8. Dotyczy pakietu 1. Pozycja 3. Leżanka – 1szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę medyczną, której zagłówek regulowany jest w zakresie: od -60° do +45°?
Odp.: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ i jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Majer
.....

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
tel.(43) 824 41 47, fax (43) 823 20 71
NIP 8291736832, REGON 000312515
KRS 0000445866