

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY
ubiegający się
o zamówienie publiczne

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty w zadaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa materiałów medycznych nici chirurgicznych, opatrunków dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.6.2021**.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola Tel. 43 824 4147 email sekretariat@szpital-zdwola.info**, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucone zostały oferty następujących Wykonawców:

Nazwa, adres Wykonawcy	Zadanie	Podstawa prawna, uzasadnienie odrzucenia
Peters Surgical Polska Sp. z o.o. Ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa	17	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego. W dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "plecionka jedwabna powlekana silikonem (USP=0, igła stożkowa silikonizowana 1/2 koła 30 mm, dł. nitki 75-90 cm)", natomiast Wykonawca w przesłanej dokumentacji - karcie katalogowej wskazuje "pleciony jedwab powlekany woskiem".

		Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
Peters Surgical Polska Sp. z o.o. Ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa	18	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "plecionka jedwabna powlekana silikonem (USP=1, igła stożkowa silikonizowana 1/2 koła 35-37 mm dł. Nitki 75- 90 cm)", natomiast Wykonawca w przesłanej dokumentacji - karcie katalogowej wskazuje "pleciony jedwab powlekany woskiem". Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
Peters Surgical Polska Sp. z o.o. Ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa	25	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "plecionka jedwabna powlekana silikonem (USP= 3/0, igła stożkowa silikonizowana 1/2 koła 20-22 mm, dł. nitki 75- 90 cm)", natomiast Wykonawca w przesłanej karcie katalogowej wskazuje "pleciony jedwab powlekany woskiem". Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
Peters Surgical Polska Sp. z o.o. Ul. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa	26	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "plecionka jedwabna powlekana silikonem (USP= 3/0, igła stożkowa silikonizowana 1/2 koła 20-22 mm, dł. nitki 75- 90 cm)", natomiast Wykonawca w przesłanej dokumentacji - karcie

		katalogowej wskazuje "pleciony jedwab powlekany woskiem". Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
Blakpol Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa	37	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "Serweta operacyjna jałowa 17 nitkowa, 16 warstwowa z kontrastem RTG i tasiemką 30 cmx30 cm, zestaw a'2 szt. Serweta nie zszyta na bokach, dająca się rozłożyć." Po uzupełnieniu dokumentów i dostarczeniu próbek asortymentu przez Wykonawcę, komisja przetargowa stwierdza, że serweta operacyjna jest zszyta na bokach i nie da się rozłożyć. W otrzymanych próbkach serweta gazowa to cztery warstwy gazy zszyte na każdym boku, złożona na cztery części. W przesłanych dokumentach nie stwierdzono również żadnej informacji na ten temat. Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
Blakpol Spółka z o. o. Ul. Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa	39	Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający odrzuca ofertę niezgodną z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawa PZP - niezgodność oferty z merytorycznymi warunkami, co do przedmiotu zamówienia postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Zamawiający jednoznacznie wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest "Zestaw, jałowy, w skład którego wchodzi: Serweta gazowa z kontrastem RTG i tasiemką 30 cm x 30 cm, 17 nitkowa, 16 warstw (2 szt.), Serweta niezszyta na bokach, dająca się rozłożyć, Kompresy gazowe 17 nitek 12 warstw z kontrastem RTG 10 cm x 10 cm przewiązywane po 10 szt. (40 szt.), masa 1 szt. Kompresu min. 3,025g, wielkość wykroju gazy min. 31cmx39cm. Tasiemka bawełniana o splocie płóciennym długość 260 cm, szerokość 1 cm (1 szt.). Zestaw pakowany w 2 torebki papierowo-foliowe każda ze specjalnym zgrzewem wzdłuż krótszego boku o kształcie rozwartej litery V - tzw. szewronem, co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania,

		w torebce znajdują się wykrojone wycięcia na kciuk do uchwycenia folii kciukiem w celu łatwiejszego otwarcia opakowania. Torebka papierowo-foliowa z dużą czytelną podwójnie perforowaną etykietą z 2 TAG-ami na zewnętrznym opakowaniu (informacje na tagach: data ważności, indeks, numer LOT). Po odklejeniu 2 tagów etykieta główna pozostaje na części opakowania. Materiał opatrunkowy przędza min. 15 TEX, rodzaj sterylizacji: para wodna. Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji i karta danych technicznych potwierdzająca powyższe wymagania." Po uzupełnieniu dokumentów i dostarczeniu próbek asortymentu przez Wykonawcę, komisja przetargowa stwierdza, że zestaw jałowy, w którym jednym z elementów składowych jest serweta gazowa 17N 16W 30x30cm z tasiemką i RTG zgodnie z zapisem SWZ miała być nie zszyta na bokach. W otrzymanych próbkach serweta gazowa to cztery warstwy gazy zszyte na każdym boku, złożona na cztery części. Wchodzące ponadto w skład w/w zestawu jałowego kompresy 17N 12W 10x10cm z RTG, nie posiadają wymaganej masy, która zgodnie z zapisami w SWZ dla jednej sztuki kompresu powinna wynosić min 3,025. Zaoferowane kompresy po zważeniu wskazały masę 2.95. W przesłanych dokumentach nie stwierdzono również żadnej informacji na ten temat. Zgodnie z powyższym oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego.
--	--	---

Jednocześnie informujemy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 514 oraz art. 515 ustawy Pzp.

Zamawiający
PREZES Zarządu
Małgorzata Majer
Małgorzata Majer

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
 Sp. z o.o.
 98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 29
 tel. (43) 824 41 47, fax (43) 823 20 71
 NIP 8291736832, REGON 000312515
 KRS 0000445866