

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29 ,
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4148
email zamowienia.publiczne@szpital-zdwola.info

Pismo: ZP/12/jedoraz2/2016/6

Zduńska Wola dnia: 2016-10-20

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 17-19.10.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.- drugie postępowanie,

Treść wspomnianych ww pytań i odpowiedzi Zamawiającego jest następująca :

Pakiet 1

Poz. 1, 2 - Czy można zaoferować wyroby tylko w kolorze niebieskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 2

Poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę jałową w rozmiarze 240x150cm z wycięciem w kształcie litery U na środku o rozmiarze 63 x 7cm z przylepcem wokół wycięcia w kolorze niebieskim?

Odp. Nie

Pakiet 11

Poz. 1-4,6-9 - Czy można zaoferować wyroby tylko w kolorze niebieskim lub tylko w kolorze zielonym?

Odp. Tak

Poz. 7 - Czy można zaoferować prześcieradło na rolce o szerokości 51cm x 40m? Ilości zostaną odpowiednio przeliczone.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pytania dot. treści umowy

Czy za dni dot. realizacji zamówienia w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 wzoru umowy został dodany ust 4. o następującej (lub podobnej) treści: "w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%"?

Odp. Nie

Pakiet nr 11

Poz. 2 i 6 Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł w kolorze białym.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Poz. 9 Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia rolek na 80 sztuk.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 10.

1. Czy zestaw ma posiadać cewnik z miękką końcówką na odcinku 3mm ułatwiającą wprowadzenie cewnika i umiejscowienie w przestrzeni zwnątrzołonowej?

Odp. Tak

2. Czy zestaw ma być z elementem mocującym filtr zwnątrzołonowy do skóry pacjenta?

Odp. Tak

3. Czy zestaw ma być z elementem mocującym cewnik do skóry pacjenta w miejscu wkłucia który składa się z elementu mocującego i wymiennego opatrunku pozwalającego na obserwację miejsca wkłucia?

Odp. Tak

4. Czy w zestawie ma być etykieta identyfikująca cewnik w kolorze żółtym.

Odp. Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

5. Czy filtr zwnątrzołonowy dla właściwej identyfikacji dostępu ma być w kolorze żółtym?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

6. Czy cewnik z filtrem ma być łączony za pomocą łącznika typu zatraskowego, który chroni przed zamknięciem światła cewnika po połączeniu.

Odp. Tak

7. Czy nie zaszła pomyłka i cewnik powinien być w rozmiarze 20G zamiast podanych 18G? (Cewnik jest wsuwany przez igłę Tuohy więc musi być mniejszej średnicy niż igła 18G)

Odp. Tak, cewnik ma być w rozmiarze 20G, dla igły 18G.

Pakiet 12

Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego niebieski sterylony:

- serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x320 cm posiadająca otwór o wymiarach 35x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 20x15,2 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 76x89 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i 2 organizatory przewodów po 3 otwory każdy. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu

(jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 56 g/m². Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej gramatury od wymaganej w SIWZ zaoferowany laminat dwuwarstwowy charakteryzuje się dużo wyższymi parametrami: odporność na przenikanie cieczy 250cm H₂O (wymagane min.140 cm H₂O), odporność na wypychanie w strefie krytycznej na sucho i na mokro 150 kPa - 1 szt.

- serweta - owinięcie noworodka 90x60 cm - 1 szt
- włókninowe ręczniki chłonne 20x40 cm - 2 szt.
- osłona na stół Mayo 80x145 cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 66x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze 84 g/m² (wymagane w SIWZ min 70 g/m²) - 1szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cesarskiego cięcia w kolorze zielonym, serweta główna do obłożenia pacjentki w zabiegu cesarskiego cięcia w kształcie litery „T” o wymiarach 230/200x312 cm, posiadająca otwór 27 cm x 33 cm wypełniony folią chirurgiczną na całej powierzchni. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm ze sztywnikiem i zaworem do podłączenia drenu. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego PP/PE o gramaturze 48 g/m², (w obszarze ekranu anestezyjologicznego tylko folia PE). Odporność na przenikanie cieczy 80 cm H₂O (norma PNEN 13795 wymaga tego parametru na poziomie ≥ 30), odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 380/365 kPa. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi: 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20cm, 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm oraz 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm. Całość zawinięta jest w serwetę na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm, wielkość warstwy chłonnej 75 cm x 190 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w kolorze białym?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby fartuch posiadał kolorową lamówkę przy szyi oznaczającą rozmiar ?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych o składzie: igła Touchy 18 G, kateter epiduralny 20 G, strzykawka niskooporowa 10ml, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,2µm, stabilizator cewnika, stabilizator filtra, łącznik cewnika, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace

o gramaturze 80 g/m²

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE

o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 7

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną dzieloną jednorazowego użytku, do diatermii Olympus I EMED, opakowanie 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pakiet nr 9, poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niskociśnieniową, PCV, posiadającą półtranspatentny łącznik, balonik kontrolny w kształcie „leżki”, trzy oznaczenia na rurce oraz dodatkowe oznaczenia na łączniku), opakowanie folia-papier?

Odp. Nie.

Pakiet 8 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na 5. ściankach opakowania na barwnym tle zróżnicowanym kolorystycznie w zależności od typu rękawicy.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 8 poz. 4-7, 13

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Posiadających grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22 mm, dłoni 0,185 +/-0,02 mm, mankiecie min.0,145 mm, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 8 poz. 4-7, 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o średniej długości rękawic min. 278 mm, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,22 mm, dłoni 0,185 +/-0,02 mm, mankiecie min.0,145 mm, pozostałe cechy zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 8 poz. 8-10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych, bezpudrowych, dopuszczonych do kontaktu z żywnością potwierdzoną oświadczeniem producenta oraz informacją na opakowaniu wraz ze stosownym piktogramem.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 8 poz. 8-10

Czy Zamawiający wymaga posiadania wewnętrznej warstwy polimerowej wraz z potwierdzeniem informacji na opakowaniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 8 poz. 14-16, 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic pojedynczo w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytych ściennych, pasujące do uchwytów ściennych uniwersalnych; polimerowych od strony roboczej, chlorowanych od wewnątrz, z folią ograniczającą otwór dozujący, zgodnych z wymienionymi normami w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE kategorii III, pozbawione tiuramów (poniżej poziomu wykrywalności), pakowane po max. 150 sztuk. Zaproponowana alternatywa, umożliwi natomiast higieniczne pojedyncze wyjmowanie rękawic w każdym miejscu w szpitalu, a dozowniki, dopasowanie wszystkich rękawic diagnostycznych stosowanych na terenie placówki z możliwością montowania pojedynczego lub w sekwencji potrójnie, o średniej grubości na palcu $0,1 \pm 0,02\text{mm}$, o średniej grubości na dłoni $0,07 \pm 0,01\text{mm}$, AQL 1,5, długości min. 260mm.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w asortymentu.

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu), warstwa chłonna 74x190cm, serweta wykonana z polietylenu, warstwa chłonna polipropylen + polietylen o gramaturze min. 70 g/m²

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m², boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). Odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H₂O, odporność na wypychanie strefie krytycznej na morko/sucho min. 500 kPa.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przez podanie trzech rozmiarów Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety do cięcia cesarskiego w kształcie litery T.

Odp. Tak

Pakiet 12

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet nr 12 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w kolorze zielonym o składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (warstwa chłonna 75 x 200 cm)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm wykonana z włókniny poliestrowej

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >200cm H₂O. Jedna z warstw stanowi folia PE. Wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 170 kPa. Gramatura laminatu (składającego się z filmu polietylenowego i hydrofilowej warstwy włókniny polipropylenowej) min.55g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie dokona modyfikacji wzoru umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

W przypadku niewykonania dostawy w terminie określonym w §3 ust. 1 i 5 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczoną od wartości brutto niewykonanego zamówienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy**

Odp. Zamawiający nie dokona modyfikacji wzoru umowy.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz. 4 dopuści zaoferowanie filtrów do ssaka KV-5, które nie są wyrobem medycznym i posiadają VAT 23%? Ponadto dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie, do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego asortyment w poz. 4.

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 4:

W nawiązaniu do Pytania nr 1 oraz do treści Załącznika nr 4 do SIWZ zwracamy się z prośbą o modyfikację oświadczenia (zał. nr 4) na następujące:

„(...) W zakresie potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada określonym wymaganiom należy przedłożyć: zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679z późn. zm. (...) – *dotyczy wyłącznie sprzętu będącego wyrobem medycznym*”.

Odp. Jeśli zaoferowany sprzęt nie jest wyrobem medycznym, to dla Zamawiającego oczywistym jest, że nie może od Wykonawcy wymagać w/w oświadczenia. Oświadczenie dotyczy wyłącznie sprzętu będącego wyrobem medycznym.

Dotyczy rozdz. 3.6. pkt. 8 SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 7 dni roboczych terminu dostawy w zakresie pakietu 5?

Odp. Nie

Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie §3 ust. 5 wzoru umowy w zakresie pakietu 5.

Części eksploatacyjne nie są lekiem ratującym życie a ilość potrzebną do zabezpieczenia pracy personelu można zaplanować z wyprzedzeniem.

Odp. Zamawiający nie dokona modyfikacji wzoru umowy.

Dotyczy §3 ust. 7, 8 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie reklamacji jakościowych i ilościowych w dniach roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy §8 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:

„W razie powtarzającej się zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działania.(...)”

Odp. Zamawiający nie dokona modyfikacji wzoru umowy.

Pakiet 6 poz.1-3

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa ma posiadać uchwyt pomocniczy ułatwiający wprowadzenie maski spełniający funkcję znacznika położenia oraz ułatwiający jej umocowanie po wprowadzeniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy maska krtaniowa ma posiadać luźny niewbudowany na całej długości rurki oddechowej dren co jest uzasadnione między innymi możliwością dowolności bezpiecznego ułożenia tegoż drenu tj. jego oddalenia od samej maski w celu jego wygodnego pozycjonowania chroniącego przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zabiegu i chroni przez możliwością przypadkowego przegryzienia

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w asortyment.

Pakiet 6 poz.4-5

1. Prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie, ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odp. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji z pakietu 6.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Janusz Ratajczyk