



Zduńska Wola dnia: 2023-04-24

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)
”Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: Rentgenodiagnostyki, Tomografii Komputerowej” – znak sprawy ZSP.ZP.261.28.2023.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, informuje:

1. Poprawia oczywistą omyłkę w załączniku formularz asortymentowo – cenowy, usuwa formuły z kolumn, które dodane zostały omyłkowo podczas tworzenia tabeli i dodawania kolejnych kolumn. Zamawiający udostępnia poprawny formularz asortymentowo – cenowy.
2. Koryguje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku formularz asortymentowo – cenowy, tabela RENTGENODIAGNOSTYKA w następujący sposób:

BYŁO	JEST
Wartość badań brutto na okres 12 <u>+G7:I82m-cy</u>	Wartość badań brutto na okres 12 m-cy

3. Koryguje rok produkcji sprzętu medycznego w następujący sposób:



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

BYŁO	JEST
Model: MOBILEART ECO, MUX – 10 Nr seryjny: 340FC3B24002 <u>Rok produkcji: 2015</u> Producent: SCHIMADZU Kraj pochodzenia: Japonia	Model: MOBILEART ECO, MUX – 10 Nr seryjny: 340FC3B24002 <u>Rok produkcji: 2012</u> Producent: SCHIMADZU Kraj pochodzenia: Japonia

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ i jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Zamawiający
PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Majer
.....